

COVID-19 Antigen Rapid Test

zugelassen bei BfArM

Handelsname: Coronavirus (SARS-Cov-2)
Antigen Rapid Test Cassette (Nasal swab)
Hersteller: Innovation Biotech (Beijing) Co., Ltd.

Inhalt

- 1. Bilder vom Hersteller**
- 2. Test Inhalt**
- 3. Gebrauchsanweisung**
- 4. Validierungsdaten**

COVID-19 Antigen Rapid Test



www.bauer-karlsruhe.de

COVID-19 Antigen Rapid Test

Test Inhalt



COVID-19 Antigen Rapid Test Gebrauchsanweisung

INVBIO® IVD CE

Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen-Schnelltestkassette

REF: IN46581 (Abstrich)

Packungsbeilage

VERWENDUNGSZWECK

Das neuartige Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Schnelltestkassette (Abstrich) ist ein chromatographischer Schnelltest für den qualitativen Nachweis von N-Antigenen zu SARS-CoV-2, die in der menschlichen Nasenatmosphäre vorhanden sind. Dieser Test ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt, als Hilfsmittel zur Frühdiagnose einer SARS-CoV-2-Infektion bei Patienten. Das Ergebnis dieses Tests sollte nicht die einzige Grundlage für die Diagnose sein. Bestätigungstests sind erforderlich.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Coronavirus ist ein einzelsträngiges Positiv-Sense-RNA-Virus mit einer Hülle von etwa 80 bis 120 nm Durchmesser. Sein genetisches Material ist das größte aller RNA-Viren und ist ein wichtiger Erreger vieler Krankheiten bei Haus- und Heimtieren sowie bei Menschen. Es kann eine Vielzahl von akuten und chronischen Krankheiten verursachen. Häufige Anzeichen einer Person, die mit einem Coronavirus infiziert ist, sind Atemwegssymptome, Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und Dyspnoe. In schwereren Fällen kann die Infektion eine Lungenerkrankung, einem schweren akuten Atemwegssyndrom, Nierenversagen und sogar den Tod verursachen. Das 2019 von der Weltgesundheitsorganisation benannte "Novel Coronavirus" oder "SARS-CoV-2 (COVID-19)" kann eine Lungenerkrankung epidemisch verursachen. Die Nachweisergebnisse dieses Kits sind nur für klinische Zwecke bestimmt. Das Ergebnis dieses Tests sollte nicht die einzige Grundlage für die Diagnose sein; Bestätigungstests sind erforderlich.

PRINZIP

Das neuartige Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen-Schnelltestkassette (Abstrich) verwendet einen Doppelsandwich-Sandwich-Immunoassay. Die NC-Membran ist mit monoklonalen Antikörpern gegen das SARS-CoV-2-Antigen und polyklonalen Anti-Maus-Antikörpern vorimmobilisiert, und das kolloidale Gold ist mit monoklonalen Antikörpern konjugiert, die speziell für SARS-CoV-2-Antigen sind. Wenn SARS-CoV-2-Antigen in der Probe vorhanden ist, wird ein Komplex, der sich zwischen dem Anti-SARS-CoV-2-Konjugat und dem Antigen bildet, von dem spezifischen monoklonalen Anti-SARS-CoV-2-Antigen gefangen, das auf die T-Region aufgetragen ist. Die Ergebnisse erscheinen innerhalb von 10 bis 20 Minuten in Form einer roten Linie, die sich auf dem Streifen entwickelt. Unabhängig davon, ob die Probe das SARS-CoV-2-Antigen enthält oder nicht, wandert die Lösung weiter und trifft auf ein anderes Reagenz (einen Anti-Maus-IgG-Antikörper), der die restliche Konjugate bindet, wodurch eine rote Linie auf der Region C entsteht.

REAGENZEN

Die Reagenzmembran enthält das kolloidale Gold, das mit den monoklonalen Antikörpern gegen das neuartige Coronavirus konjugiert ist; die Reagenzmembran enthält die sekundären Antikörper für das neuartige Coronavirus und die polyklonalen Antikörper gegen das Mauseoglobulin, die auf der Membran vorimmobilisiert sind.

Vorsichtsmaßnahmen

- Nur für den in-vitro-Diagnostik.
- Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Folienbeutel der Testkassette vor dem Öffnen nicht beschädigt wird.
- Durchführung des Tests bei Raumtemperatur 15 bis 30°C.
- Tragen Sie beim Aufhängen der Proben Handschuhe, vermeiden Sie das Berühren der Reagenzmembran und des Probenbehälters.
- Alle Proben und gebrauchten Zubehörteile sollten als infektiös behandelt und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Blutproben.


LAGERUNG UND STABILITÄT

Lagern Sie das neuartige Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen-Schnelltestkassette (Abstrich) bei Raumtemperatur oder gekühlt (2-30°C). Nicht einfrieren. Alle Reagenzien sind bis zu dem auf der äußeren Verpackung und dem Pufferfläschchen angegebenen Verfallsdatum haltbar.

PROBENSAMMLUNG UND -VORBEREITUNG

Probenentnahme:

- Neigen Sie den Kopf des Patienten um 70 Grad nach hinten, während Sie den Tupfer vorsichtig drehen. Führen Sie den Tupfer vorsichtig in ein Nasenloch des Patienten ein. Die Tupferspitze sollte mindestens 2,5 cm vom Rand des Nasenlochs entfernt eingeführt werden
 - Rollen Sie den Tupfer 3-4 Mal entlang der Schleimhaut im Nasenloch, um sicherzustellen, dass sowohl Schleim als auch Zellen gesammelt werden. Lassen Sie den Tupfer einige Sekunden im Nasenloch.
 - Wiederholen Sie diesen Vorgang mit demselben Tupfer für das andere Nasenloch, um sicherzustellen, dass eine ausreichende Probe aus beiden Nasenhöhlen entnommen wird.
 - Ziehen Sie den Tupfer aus der Nasenhöhle.
- Achtung: Wenn der Tupferstab während der Probenentnahme bricht, Wiederholen Sie die Probenentnahme mit einem neuen Tupfer.**



Probenvorbereitung:

Nehmen Sie 1 Flasche mit Probenextraktionspuffer heraus, brechen Sie den Flaschendeckel ab und geben Sie den gesamten Extraktionspuffer in das Extraktionsröhrchen. Führen Sie den

Tupfer in das Probensammelröhrchen ein, das den Extraktionspuffer enthält. Drehen Sie den Tupfer im Inneren des Röhrchens mit einer kreisförmigen Bewegung, um die Seite des Sammelröhrchens zu rollen, so dass die Flüssigkeit ausgedrückt und vom Tupfer wieder aufgenommen wird. Entfernen Sie den Tupfer und bedecken Sie das Röhrchen mit dem Stutzendeckel ab. Die extrahierte Lösung wird als Testprobe verwendet.

MATERIALIEN

- Bereitgestellte Materialien
 - 25 Testgeräte
 - Sterilisierter Tupfer
 - Probenentnahmeröhrchen mit Puffer
- Röhrchenständer
- Packungsbeilage


Erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien

- Timer
- Transferpipette (nur für Nasenaspirationssammlung)

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lassen Sie den Test, die Probe und den Extraktionspuffer vor dem Test auf Raumtemperatur (15-30°C) kommen.

- Nehmen Sie die Testkassette aus dem versiegelten Folienbeutel und verwenden Sie sie so bald wie möglich. Stellen Sie die Testkassette auf eine saubere und ebene Oberfläche. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Test sofort nach dem Öffnen des Folienbeutels durchgeführt wird.
- Nehmen Sie 1 Probenextraktionsröhrchen heraus und entfernen Sie die versiegelte Folie
- Legen Sie die sterilisierte Tupferprobe in den Probenentnahmeröhrchen und schütteln Sie den Tupfer ungefähr 10 Sekunden lang, während Sie den Kopf gegen die Innenseite des Röhrchens drücken, um das Antigen im Tupfer freizusetzen.
- Entfernen Sie den sterilisierten Tupfer, während Sie den Kopf des sterilisierten Tupfers gegen die Innenseite des Puffers drücken, um so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem Tupfer zu entfernen. Entsorgen Sie den sterilisierten Tupfer gemäß Ihrem Entsorgungsprotokoll für Bioabfall.
- Schrauben Sie die Kappe auf das Probensammelröhrchen und schütteln Sie das Probensammelröhrchen dann kräftig, um die Probe und den Probenentnahmepuffer zu mischen. Siehe Abbildung 4.
- Geben Sie 3 Tropfen der Lösung (ca.80µl) in die Probenvertiefung und starten Sie dann den Timer. Lesen Sie das Ergebnis nach 10-20 Minuten ab. Nach 20 Minuten darf das Ergebnis nicht mehr abgelesen werden.



INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

(Siehe Abbildung oben)

POSITIV: Es werden zwei rote Linien angezeigt. Eine rote Linie erscheint im Kontrollbereich (C), und eine rote Linie im Textbereich (T). Der Farbton kann variieren, aber es sollte als positiv angesehen werden, wenn auch nur eine schwache Linie vorhanden ist.

NEGATIV: Im Kontrollbereich (C) erscheint nur eine rote Linie, im Textbereich (T) keine Linie. Das negative Ergebnis zeigt an, dass sich keine neuartigen Coronavirus-Partikel in der Probe befinden oder die Anzahl der Viruspartikel unterhalb des nachweisbaren Bereichs liegt.

UNGÜLTIG: Im Kontrollbereich (C) wird keine rote Linie angezeigt. Der Test ist ungültig, auch wenn im Textbereich (T) eine Linie vorhanden ist. Unzureichendes Probenvolumen oder falsche Verfahrenstechniken sind die wahrscheinlichsten Gründe für das Ausbleiben der Kontrolllinie. Überprüfen Sie das Testverfahren und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Testgerät. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Verwendung des Testkits sofort ein und wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler.

EINSCHRÄNKUNGEN

- Die entnommene Probe kann Antigenkonzentrationen unterhalb der Empfindlichkeitsgrenze des Reagenzes enthalten, so dass ein negatives Testergebnis eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nicht ausschließt.
- Das neuartige Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen-Schnelltestkassette (Abstrich) weist lebensfähiges und nicht lebensfähiges neuartiges Coronavirus-Antigen nach. Die Testleistung hängt von der Antigenbelastung in der Probe ab und korreliert möglicherweise nicht mit der Zellkultur, die mit derselben Probe durchgeführt wurde. Ein positiver Test schließt nicht aus, dass möglicherweise andere Krankheitserreger vorhanden sind.

daher sind, daher müssen die Ergebnisse mit allen anderen verfügbaren klinischen und Laborinformationen verglichen werden, um eine genaue Diagnose zu stellen.

- Ein negatives Testergebnis kann auftreten, wenn die Menge des extrahierten Antigens in einer Probe unter der Empfindlichkeit des Tests liegt oder wenn eine Probe von schlechter Qualität gewonnen wird.
- Die Durchführung des Tests zur Überwachung der antiviralen Behandlung des neuartigen Coronavirus wurde nicht nachgewiesen.
- Positive Testergebnisse schließen Kreuzreaktionen mit anderen Krankheitserregern nicht aus.
- Negative Testergebnisse sollen nicht für andere Coronavirus-Infektionen außer SARS-CoV-2 gelten.
- Kinder neigen dazu, Viren über einen längeren Zeitraum auszuschleiden als Erwachsene, was zu Unterschieden in der Empfindlichkeit zwischen Erwachsenen und Kindern führen kann.
- Ein negatives Ergebnis kann auftreten, wenn die Antigenkonzentration in einer Probe unterhalb der Nachweisgrenze des Tests liegt oder wenn die Probe unsachgemäß entnommen oder transportiert wurde, daher schließt ein negatives Testergebnis die Möglichkeit einer SARS-CoV-2-Infektion nicht aus und sollte durch eine Viruskultur oder PCR bestätigt werden.

LEISTUNGSMERKMAL

Klinische Bewertung

Die klinische Bewertung wurde durchgeführt, um die mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen-Schnelltestkassette (Abstrich) und der PCR erzielten Ergebnisse zu vergleichen. Die Ergebnisse wurden unten zusammengefasst

Tabelle1: Neuartige Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen-Schnelltestkassette (Abstrich) im Vergleich zur PCR-Methode

	Das neue Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen-Schnelltest-Kassette (Abstrich)		Gesamt-Ergebnisse	
	+	-		
2019-CoV-Nukleinsäure-Testkit (RT-PCR)				
	+	129	6	135
	-	0	200	200
Gesamt-Ergebnisse		129	206	335

Relative Sensitivität: 129/135= 95,6% (95%CI 93,79%-98,66%)

Relative Spezifität: 200/200 >99% (95%CI 97,12%-100%)

Gesamtbereinstimmung: (129+200)/(129+0+6+200) *100%=98,21%

(95%CI)96,55%-99,36%)

KI: Konfidenzintervall

Nachweisgrenze

Die Nachweisgrenze (LoD) des neuartigen Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen-Schnelltestkassette (Abstrich) beträgt 60 TCID₅₀/ml. Die neuartige Antigen-Schnelltestkassette (Tupfer) des Coronavirus (SARS-Cov-2) wurde mit insgesamt 47 anderen Viren und Bakterien untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die COVID-19Ag Schnelltestkassette keine Kreuzreaktivität mit anderen Viren oder Mikroorganismen aufweist.

Tabelle2: Kreuzreaktion

Virus/Bakterien Konzentration	Parasitenstamm	Konzentration
SARS-Coronavirus	N/A	5 µg/mL
MERS-Coronavirus	N/A	36 µg/mL
Adenovirus	Typ 1	1.5x10 ⁵ TCID ₅₀ /ml
	Typ 3	7.5x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
	Typ 5	4.5x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
	Typ 7	1.0x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
	Typ 8	1.0x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
	Typ 11	2.5x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
Influenza A	Typ 18	2.5x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
	Typ 23	6.0x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
	Typ 55	1.5x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
	H1N1 Denver	3.0x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
	H1N1 WSN33	2.0x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
Influenza B	H1N1 A/Mal/302/54	1.5x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
	H1N1 Neukaledonien	7.6x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
	H3N2 A/Hong Kong/8/68	4.6x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
	Nevada/03/2011	1.5x10 ⁴ TCID ₅₀ /ml
Legionella pneumophila	B/Lee40	8.5x10 ⁴ CFU/ml
	B/Taiwan/2/62	4.0x10 ⁴ CFU/ml
	Bloomington-2	1x10 ⁵ CFU/ml
Rhinovirus A16	Los Angeles-1	1x10 ⁵ CFU/ml
	82A3105	1x10 ⁵ CFU/ml
Streptococcus Pneumonie	N/A	1.5x10 ⁵ TCID ₅₀ /ml
	4752-98 [Maryland (D1)6B-17]	1x10 ⁵ CFU/ml
	178 [Poland 23F-16]	1x10 ⁵ CFU/ml
	262 [CIP 104340]	1x10 ⁵ CFU/ml
	Slowakei 14-10 [29055]	1x10 ⁵ CFU/ml

Streptococcus pyogenes	Typisierungstamm T1[NCIB 11841, SF 130]	1 X 10 ⁵ CFU/ml
	Mutante 22	1 X 10 ⁵ CFU/ml
Mycoplasma Pneumonie	FH-Stamm von Eaton Agent	1 X 10 ⁵ CFU/ml
	INCTC10119	1 X 10 ⁵ CFU/ml
Coronavirus	36M129-B7	1.5 X 10 ⁵ TCID ₅₀ /ml
	229E	1.5 X 10 ⁵ TCID ₅₀ /ml
	OC43	1.5 X 10 ⁵ TCID ₅₀ /ml
	NL63	1.5 X 10 ⁵ TCID ₅₀ /ml
	HKU1	1.5 X 10 ⁵ TCID ₅₀ /ml
Human etapneumovirus (hMPV) 3 Typ B1	Peru2-2002	1.5 X 10 ⁵ TCID ₅₀ /ml
Human Metapneumovirus (hMPV) 16 Typ A1	IA10-2003	1.5 X 10 ⁵ TCID ₅₀ /ml
Parainfluenza Virus	Typ 1	1.5 X 10 ⁵ TCID ₅₀ /ml
	Typ 2	1.5 X 10 ⁵ TCID ₅₀ /ml
	Typ 3	1.5 X 10 ⁵ TCID ₅₀ /ml
	Typ 4A	1.5 X 10 ⁵ TCID ₅₀ /ml
	K	1 X 10 ⁵ CFU/ml
Mycobacterium tuberculosis	Erdman	1 X 10 ⁵ CFU/ml
	HN878	1 X 10 ⁵ CFU/ml
	CDC1551	1 X 10 ⁵ CFU/ml
	H37Rv	1 X 10 ⁵ CFU/ml

Mikrobielle Interferenz:

Die Untersuchung der mikrobiellen Interferenz wurde durchgeführt, um den mikrobiellen Interferenzeffekt anhand von Proben zu bewerten, die mit einer 3xLoD-SARS-CoV-2-Konzentration und einem hohen Interferenzniveau dotiert waren.

Tabelle 3: Ergebnisse der mikrobiellen Interferenz

Nr.	Mikroorganismus	Konzentration
1	Streptococcus hemolyticus	1 X 10 ⁵ CFU/ml
2	Pseudomonas aeruginosa	1 X 10 ⁵ CFU/ml
3	Staphylococcus aureus	1 X 10 ⁵ CFU/ml
4	Escherichia coli	1 X 10 ⁵ CFU/ml
5	Candida albicans	1 X 10 ⁵ CFU/ml
6	Aspergillus niger	1 X 10 ⁵ CFU/ml

Die Ergebnisse zeigen, dass der oben aufgeführte Mikroorganismus keine mikrobiellen Interferenzen mit den negativen und positiven Testergebnissen aufweist und diese Substanzen nicht mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-Cov-2) -Antigen-Schnelltestkassette (Tupfer) kreuzreagieren. Endogene Interferenz:

Endogene Interferenz:

Die neuartige Antigen-Schnelltestkassette (Tupfer) des Coronavirus (SARS-Cov-2) wurde mit insgesamt 13 endogenen Interferenzsubstanzen bewertet.

Tabelle 4: Endogene Interferenz

Substanz	Konzentration
Vollblut	4%
Mucin	0.5%
Benzocain	1.5 mg/ml
NeilMed	5% v/v
CVS Nasentropfen (Phenylephrin)	15% v/v
Oxymetazolin	15% v/v
CVS Nasenspray (Cromolyn)	15% v/v
Zicam	5% v/v
Halsschmerzen Phenolspray	15% v/v
Tobramycin	4 µg/ml
Mupirocin	10 mg/ml
Fluticasonpropionat	5% v/v
Tamiflu	5 mg/ml

Die Ergebnisse zeigen, dass die in der obigen Tabelle aufgeführten endogenen Interferenzsubstanzen keinen Einfluss auf die negativen und positiven Testergebnisse haben und diese Substanzen nicht mit der Antigen-Schnelltestkassette (Tupfer) des neuartigen Coronavirus (SARS-Cov-2) kreuzreagieren.

SYMBOLLE			
Symbolle	Bedeutung	Symbolle	Bedeutung
	In-vitro-Diagnostikum/Medizinprodukt		Lagertemperaturgrenze
	Hersteller		Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft

Liste der Antigen-Tests zur professionellen Anwendung zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2,

 Nach 'innovation' suchen

Test-ID	Handelsname	Evaluierung PEI	Hersteller			Europäischer Bevollmächtigter			Testort*	Sensitivität		Spezifität		Gebrauchs...
			Name ↑	Stadt	Land	Name	Stadt	Land		%	95%iges Vertrauensintervall	%	95%iges Vertrauensintervall	
AT185/21	2019-nCoV Antigen Screen Test	Nein	Co-Innovation Biotech Co. Ltd	Guangzhou	CN	CMC Medical Devices & Drugs S.L	Málaga	ES	POC (ohne Gerät)	92,20	86,8 - 95,5	99,10	97,9 - 99,6	Link...
AT409/20	One Step 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Test Cassette	Ja	Co-Innovation Biotech Co. Ltd	Guangzhou	CN	CMC Medical Devices & Drugs S.L	Málaga	ES	POC (ohne Gerät)	96,40	91 - 98,6	99,20	97,8 - 99,7	Link...
AT665/21	Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette(Speichel)	Ja	Innovation Biotech (Beijing) Co., Ltd	Beijing	CN	Lotus NL B.V.	The Hague	NL	POC (mit Gerät)	96,73	92,54 - 98,93	100,00	98,38 - 100,00	Link...
AT536/21	INVBIO Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette(swab)	Nein	Innovation Biotech (Beijing) Co., Ltd	Beijing	CN	Lotus NL B.V.	The Hague	NL	POC (mit Gerät)	95,60	93,79 - 98,66	99,00	97,12 - 100	Link...
AT1073/21	Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Test Cassette (Nasal swab)	Ja	Innovation Biotech (Beijing) Co., Ltd	Beijing	CN	Lotus NL B.V.	The Hague	NL	POC (ohne Gerät)	95,60	93,79 - 98,66	99,00	97,12 - 100	Link...
AT247/21	INVBIO SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Saliva)	Ja	Innovation Biotech (Beijing) Co. LTD	Beijing	CN	Lotus NL B.V.	The Hague	NL	POC (mit Gerät)	95,60	93,79 - 98,66	99,99	97,12 - 100,00	Link...

1 Zeilen ausgewählt

|< < 1 > >| 1 - 6 von 6

letzte Änderung: 10.01.2022 19:23

* POC = Point of Care